1. Основные технические данные

Класс точности 2,5
Диапазон измерений 0-15 mA
Масса прибора, kg, не более 0,125
Габаритные размеры, mm, не более 40x40x49
Содержание драгоценных материалов см. таблицу

2. Комплект поставки

Прибор	1 шт.
Калиброванные провода	
Добавочное сопротивление	
Шунт	
Гайка М3	
Шайба 3	
Шайба пружинная 3	2 шт.
Паспорт	1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.1382-78, удовлетворяет требованиям заказ-наряда и признан годным для эксплуатации

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления приборов; гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

ОТК 250

Дата выпуска 11 06 81 19 г.

Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 шт., g	Масса в изделии, g	Номер акта	Примечание
		обозначение	количество	количество в изделии				
Серебро								
Пружинодержатель	8ПЧ.114.000	5ПЧ.443.006	1	1	0,000535	0,000535		
Стрелкодержатель	8ПЧ.116.001	5ПЧ.441.002	1	1	0,001984	0,001984		
Корректор	8ПЧ.233.001	5ПЧ.148.001	1	1	0,003622	0,003622		
Корректор	8ПЧ.233.003	5ПЧ.148.001	2	1	0,005194	0,010395		
						0,016536		